

深圳市宝安区石岩人民医院 2024 年第 1 期小额医疗设备询价公告

(项目编号: SYCG20240410)

根据国家及省市有关政策和规定,依照公开、公平、公正的原则,深圳市宝安区石岩人民医院拟对部分小额医疗设备进行公开询价(详见附件),欢迎各厂家或供应商直接报价,请一次报出不得更改的价格。如满足 3 家以上供应商或厂家报价,我院将根据报价资料评审确定成交供应商,不足 3 家的项目无法正常确定成交,需重新公示。各项目报价金额不得超过预算金额,逾期发送邮箱或不符合规定的报价文件视为无效报价。

序号	项目名称	国产/进口	数量	总预算(万元)	备注
1	便携式低频脉冲治疗仪	国产	2	4.8	1、主机形式:便携式可充电设计; 2、充电方式:无线感应充电,充电时间 5-6 小时; 3、治疗输出为两通道输出,两个输出通道的输出强度可分别设置,100 档步进式幅度调节; 4、治疗时间能在 10、15、20、25、30 分钟范围内设置,定时偏差不超过±10%。
2	可视流产吸引手术设备	国产	1	4.86	1、显示器尺寸:≥23 英寸医用液晶显示器; 2、视场角:85°~115°; 3、管身材质:与人体接触部分采用医用不锈钢; 4、单管单腔技术,吸引通道更大; 5、一次性可视吸引管手柄上设置了拍照和录像功能按键。
3	多功能臭氧雾化妇科治疗仪	国产	2	4.9	1、一体化设计,双液晶触摸屏、冲洗和治疗动漫显示,具备以空气源制造臭氧功能,可选择手动加水和水龙头连接自动进水,配备净水装置; 2、冲洗部分和治疗部分采用单独的液晶显示屏显示,可单独使用也可以同时使用,自动记录冲洗及治疗的次数; 3、多功能工作模式:气、雾、水三种工作模式; 4、臭氧气体浓度:≥3.5mg/L; 5、治疗定时:5min、10min、15min; 6、臭氧雾化治疗和臭氧气体治疗可自动切换; 7、自带尾气回收,消除臭氧残留; 8、治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m³。 9、配有原厂生产、经过环氧乙烷灭菌的二类无菌耗材。

4	中医封包综合治疗仪	国产	2	4.8	<p>1、双通道；</p> <p>2、输入电压和频率：AC100-240V, 47-63Hz；</p> <p>3、输出电压：DC24V(隔离)；额定输入功率：180VA+10%；</p> <p>4、治疗温度：36℃-48℃；远红外波长：8 μ m-15 μ m；磁场强度：≥800Gs/个</p>
5	电动起立床	国产	1	1.44	<p>1、规格：≥1870*630*580±30mm；</p> <p>2、床面直立角度 0-85° ；</p> <p>3、绑带宽度：≥80mm；</p> <p>4、扶手桌面尺寸：740X380mm；</p> <p>5、扶手桌面上下调节行程≥350mm，前后调节行程≥120mm；</p> <p>6、脚踏板尺寸：340X165mm，脚踏板左右翻尺寸在-35° ~ + 35° 范围内可调，脚踏板上下翻转尺寸在-20° ~ + 40° 范围内可调。</p> <p>7、承重：≥185 kg；</p>
6	多体位治疗床	国产	1	2.3	<p>1、治疗角度</p> <p>(1)背部翻转角度：0° ~21°</p> <p>(2)脚部翻转角度：0° ~95°</p> <p>(3)头部翻转角度：-23° ~35°</p> <p>2、规格尺寸</p> <p>(1)床板面积(cm)：202(L) x63(W)</p> <p>(2)高度调节范围：49~94cm</p> <p>(3)最大安全承重：205kg</p> <p>(4)防护等级：IP×4</p> <p>3、性能特点</p> <p>(1)根据骨科康复治疗计划提供不同体位，可单独对颈、胸、腰及腿部进行体位角度设定，满足各种不同治疗；</p> <p>(2)腿部特别采用两段分离式设计，可使患者单下肢独立完成各种康复训练；</p> <p>(3)提供高度可调扶手；</p> <p>(4)★具有过载保护功能（EOP）；</p> <p>(5)*符合人体工程学（HSE）设计，带有圆弧形可塞式呼吸孔；</p> <p>(6)采用高密度海绵以及透气皮垫。</p>

7	股四头肌训练椅	国产	1	0.78	<p>1、规格：≥1025*680*1550mm，坐垫离地面高≥610mm；</p> <p>2、摆动杆高度调节范围0~95mm，脚跟垫调节范围0~100mm，阻力摆杆角度范围≥90°，座位调节角95°~130°，凳面高度≥650mm，凳面宽度≥520mm，深≥470mm</p>
8	红光灸疗机	国产	1	3	<p>1. 电源：AC220V 50Hz~80Hz；</p> <p>▲2、≥10.1寸全触摸屏操作；</p> <p>3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>4、输出通道：双通道双治疗头输出；</p> <p>5、温度设定：30℃~60℃，每5℃可调；</p> <p>6、时间设定：1~60min，每1分钟可调；</p> <p>7、红外光波长范围 760nm~1000nm；</p> <p>8、光功率：≥8mw；</p> <p>9、有效辐照面：单个光源的照射面积≥40cm²；</p> <p>10、工作状态下噪声值≤60dB(A)；</p> <p>11、连续工作时间：≥4h；</p>
9	微波治疗仪	国产	1	3.5	<p>1、微波频率：2450±30MHz</p> <p>2、输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调</p> <p>3、辐射器电压驻波比：≤2.5</p> <p>4、微波辐射泄漏：≤1mW/cm²</p> <p>5、定时范围：1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）</p> <p>6、输入功率：≤400VA</p> <p>7、工作方式：脉冲波、三角波、正弦波、连续波</p> <p>8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。</p> <p>9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。</p> <p>10、提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。脉冲波的周期、占空比可调节，三角波、正弦波的周期可调。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。</p> <p>11、高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。</p> <p>12、辐射器配置： 110×70 马鞍形辐射器 1只</p>

					<p>φ75 圆形辐射器 1 只</p> <p>φ130 圆形辐射器 1 只</p> <p>φ80 圆形辐射器 1 只</p> <p>φ15 柱形辐射器 1 只</p> <p>热凝器 9 只</p> <p>13、推车配有静音轮。</p>
10	转运床	国产	4	2	<p>1、双侧护栏可上下翻转，水平固定，有双重安全锁；</p> <p>2、床面高度可升降调节，可摇高床头；</p> <p>3、配备输液架和放氧气筒装置。</p>
11	医用升温毯	国产	1	2.25	<p>1、▲彩色液晶触摸屏：≥5 寸液晶屏，触摸操作；</p> <p>2、主机界面同时显示：设定温度、实时温度、风量选择、风量无极调节、加温状态、四档温度快速调节、患者体温、工作时间等；</p> <p>3、温度设置范围：28-43℃，步进 0.1℃，同时具备四挡快速调节：室温、32℃、37℃、43℃；</p> <p>4、控温精度：±1℃；</p> <p>5、▲智能工作场景：预热模式、成人模式，老年模式，儿童模式，一键调节；</p> <p>6、▲患者体温监测：实时连续监测患者体温，同步显示在主机界面；</p> <p>7、体温传感器：25.0-45.0℃，精度±0.1℃。</p> <p>8、▲患者低体温预警：自定义预警温度，低于预警温度，自动开启声音和文字提示；</p> <p>9、通风软管：具有伸缩，耐磨，直径≥50mm，长度≥1.8 米；</p> <p>10、多档风速调节：高速，中速，低速，同时主界面可实现无极风速调节；</p> <p>11、计时和定时：具备工作计时功能和自定义加温时间功能，定时结束，自动停止加温工作；</p> <p>12、多重安全保护：自检功能、报警测试、高温提示、低温提示、超温提示等。</p>
12	洗胃机	国产	1	0.67	无要求
13	铅板	国产	2	3.6	无要求
14	豪华担架车	国产	1	0.47	无要求

请通过邮件将以下文件加盖公章后，扫描合为一个 PDF 文档发送给设备科刘工（邮箱：505683197@qq.com），文件名称按照项目名称+公司名称命名，截止日期：**2024 年 4 月 16 日**。深圳市宝安区石岩人民医院小额设备采购信息沟通 QQ 群：333475859，设备科联系电话：刘工 0755-81219563。

- 1、报价单（使用我院报价单模板）；
- 2、参数；
- 3、彩页；
- 4、产品医疗器械注册证/备案凭证/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页；
- 5、供应商及厂家公司资质；
- 6、价格依据（深圳三级或三甲医院近两年的成交价格合同或者发票，如有专机专用耗材，请注明）。

深圳市宝安区石岩人民医院设备科

2024 年 4 月 11 日